



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Е

№ 002236



**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о признании утверждения типа  
средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-313-2011

Выдано 8 сентября 2011 г.

Настоящее свидетельство, выданное ОАО "Манотомь", Российская Федерация, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг, проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером 13535-93.

Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг после ремонта и при эксплуатации подлежат поверке или калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал, установленный при признании утверждения типа манометров, вакуумметров и мановакуумметров, - не более одного года, рекомендуемый межкалибровочный интервал - 1 год.

*Председатель комиссии по реорганизации  
Госпотребстандарта Украины*

*А.В. Пиеничка*

